

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI STERILI MONOUSO, PREVALENTEMENTE IN TNT, CONTENUTI IN PACCHI PROCEDURALI PER SALA OPERATORIA PER UN PERIODO DI MESI SETTANTADUE – CHIARIMENTI.

Quesito:

Spettabile Azienda, in seno alla procedura in oggetto si richiede la seguente specifica: rif. Allegato 3 "foglio sfuso" - le righe 44 e 67 riportano la medesima descrizione "Telo adesivo 75x100cm", chiediamo conferma che non si tratti di un errore di battitura e che in entrambi i casi vada presentato un telo adesivo di misure pari a 75x100

Risposta 1

riga 44 Telo adesivo 75x100cm
da intendere Telo chirurgico cm 75x100 con bordo adesivo

riga 67 Telo adesivo 75x100cm
da intendere Telo sottosacrale 75x100 cm

