

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

Bergamo, 22 giugno 2021.

TRL 01 06.03

CIG: 8753451846

Oggetto: Procedura concorsuale “aperta” per l’affidamento della fornitura in noleggio “chiavi in mano” di una Tac ad elevata risoluzione spaziale, da destinare all’UOC Radiologia Diagnostica per Immagini 1. Durata 96 mesi. Lotto unico. Risposte ai quesiti.

Si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti ad oggi pervenute, concernenti la procedura in oggetto:

<i>QUESITO</i>	<i>RISPOSTA</i>
<p>N. 1</p> <p><i>In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 4: si chiede di confermare che la richiesta di un sistema per calcolo della densitometria ossea è un refuso.</i></p>	<p>N. 1</p> <p>Si conferma che trattasi di refuso.</p>
<p>N. 2</p> <p><i>In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 8:</i></p> <p><i>a) Si chiede di fornire precisi dettagli tecnici per identificare le caratteristiche del server UCS Cisco;</i></p> <p><i>b) Si chiede di precisare il numero e la tipologia di licenze di VmWare da fornire;</i></p> <p><i>c) Si chiede di fornire le caratteristiche tecniche di minima per lo switch in fibre così da poter identificare il numero di collegamenti relativi ad esso;</i></p>	<p>N. 2</p> <p>a) Si veda per i dettagli richiesti la Tabella 1 riportata alle pagine 14 e 15 del presente documento.</p> <p>Si precisa che andrà altresì incluso il Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione. Copertura del servizio dal lunedì - domenica nelle seguenti modalità: feriali e festivi dalle 00:00 alle 24:00. In caso di guasto il ripristino hardware verrà effettuato entro 4 ore. Durata del contratto 60 mesi.</p> <p>b) 2 licenze VMware vSphere 7 Enterprise Plus + support 5 anni;</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

	c) Si precisa che sono necessari n. 3 apparati <i>switch</i> di marca Extreme Networks completi di accessori. Si veda per i dettagli richiesti la Tabella 2 riportata a pagina 15 del presente documento. Le quantità indicate nella tabella sono già riferite ai n. 3 apparati completi.
N. 3 <i>In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 8: Si chiede di fornire il nome dell'antivirus attualmente in uso al Papa Giovanni XXIII e la tipologia di licenze da fornire.</i>	N. 3 L'antivirus attualmente in uso è TrendMicro Deep Security Enterprise per server e TrendMicro ApexOne per i client.
N. 4 <i>In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 6: Si chiede di confermare che l'acquisto delle eventuali licenze di collegamento con la TC dei sistemi RIS/PACS Philips e Dose Tracking ELCO sono a carico dell'ente appaltante.</i>	N. 4 I costi delle integrazioni sono a carico dell'aggiudicatario.
N. 5 <i>L'art. 9 del Disciplinare di gara richiede la presentazione del DGUE del subappaltatore. Si chiede di confermare che trattasi di refuso a seguito delle modifiche apportate al Codice Appalti dal Decreto 32/2019.</i>	N. 5 Si conferma che trattasi di refuso. Si richiama l'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
N. 6 <i>Con riferimento all'31 del Disciplinare, laddove viene richiesta all'Aggiudicatario una polizza assicurativa si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa</i>	N. 6 Si conferma che a comprova dell'assolvimento delle obbligazioni di cui all'art. 31 del Disciplinare di gara potranno essere prodotti alternativamente il certificato di assicurazione

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.</i></p>	<p>oppure la polizza assicurativa che rispettino i requisiti richiesti e le prescrizioni indicate nel predetto articolo della legge di gara.</p>
<p>N. 7</p> <p><i>Relativamente alla firma per presa visione del Mod02PG1MQ7_rev01_ASST da parte del Responsabile del Servizio di Assistenza tecnica si chiede di confermare che la firma digitale del Legale Rappresentante sia considerata sufficiente.</i></p>	<p>N. 7</p> <p>Si conferma che si considera sufficiente la firma digitale apposta dal Legale Rappresentante.</p>
<p>N. 8</p> <p><i>Con riferimento a quanto previsto a p. 19 del Disciplinare, si chiede di confermare che sia ammessa la presentazione in lingua inglese anche di documenti predisposti dal produttore come ad esempio le check list relative alle operazioni di manutenzione.</i></p>	<p>N. 8</p> <p>Si conferma la possibilità di fornire dati in lingua inglese.</p>
<p>N. 9</p> <p><i>Si chiede di specificare se in riferimento all'articolo 3 del Disciplinare di gara e al punto 8 dell'offerta economica, relativamente alla facoltà della stazione appaltante di acquistare il tomografo oggetto della fornitura a noleggio ad un prezzo a forfait di €5.000,00 + iva, trattasi di refuso e che l'offerente possa cedere i beni all'Amministrazione al valore di mercato.</i></p>	<p>N. 9</p> <p><u>Non si tratta di refuso.</u> Si conferma che la ASST offrirà il prezzo di € 5.000,00 oltre IVA qualora al termine del noleggio decidesse di acquistare il bene oggetto dell'appalto.</p>
<p>N. 10</p> <p><i>A pag. 4 del "Capitolato Tecnico noleggio TAC"</i></p>	<p>N. 10</p> <p>Dovranno essere forniti tutti gli arredi necessari al</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>è richiesta la fornitura di arredi, si chiede di indicare specificatamente che tipo di arredi dovranno essere forniti.</i></p>	<p>corretto supporto del materiale fornito. Pertanto un minimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 scrivania con 3 sedie con rotelle rispondenti alla normativa vigente; - armadi per contenere i fantocci; - armadi per contenere gli accessori forniti.
<p>N. 11</p> <p><i>Fornire il carico di lavoro (n. uomini/giorno) della sala diagnostica e il fattore di occupazione dei locali confinanti (compresi quelli sovrastanti e sottostanti).</i></p>	<p>N. 11</p> <p>I pazienti attualmente afferenti alla diagnostica TC sono circo 40 al giorno.</p>
<p>N. 12</p> <p><i>Fornire gli elaborati strutturali (pianta e sezione) possibilmente in formato dwg e le caratteristiche dei solai di pavimento (tipologia e spessori), unitamente alla loro composizione in particolare per la zona d'intervento e per la zona interessata dal passaggio dell'apparecchiatura durante la consegna all'interno dei locali.</i></p>	<p>N. 12</p> <p>Si ritiene il quesito non pertinente: gli elaborati strutturali, pianta e sezioni, in DWG non servono al lavoro in oggetto: la portata dei solai dei corridoi di passaggio della macchina e del locale di destinazione è già stata fornita con i documenti di gara, doc. "03 Carichi solai Liv 1", per la parte di completamento del pavimento del locale di destinazione, spessori e tipologia, si veda la risposta al punto 14 di seguito. Ad ogni buon fine ed a miglior chiarimento <u>si allegano le tavole "SS1-0001_AB_Liv 1 Percorso e portate", "Liv1_Percorso e locale TAC Scala 200".</u></p>
<p>N. 13</p> <p><i>Fornire planimetria del piano sottostante l'area d'intervento e l'area interessata dal passaggio apparecchiatura.</i></p>	<p>N. 13</p> <p>Come richiesto <u>si allega planimetria "Liv0_Percorso e locale TAC Scala 200"</u> del livello 0 sottostante al corridoio di passaggio della macchina in entrata ed alla zona di installazione.</p>
<p>N. 14</p>	<p>N. 14</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>A pag.8 dell'Allegato 1 "Capitolato di progettazione ed esecuzione lavori" è specificato che dovrà essere prevista la realizzazione del sottofondo dello spessore pari all'esistente, si chiede dunque di specificare questo dato e di fornire sezione con indicata la stratigrafia esistente presente nei locali adiacenti.</i></p>	<p>Lo spessore del sottofondo necessario a pareggiare il livello dei pavimenti esistenti è circa 12 cm; non si ritiene la stratigrafia dei solai elemento significativo, ma essendo stata richiesta <u>si allega</u> la tavola strutturale "SS1-2518_AB strutturale liv 1" indicante lo schema dei solai.</p>
<p>N. 15</p> <p><i>Si chiede di fornire gli schemi dei quadri elettrici di zona denominati Q-FM-L1/PI4 e Q_FM-L1/PI9, presenti nel locale 1-RD 009- Cavedio 106, da cui dovranno essere derivate le linee elettriche principali per l'alimentazione dei quadri elettrici di nuova realizzazione.</i></p>	<p>N. 15</p> <p>Come richiesto <u>si allegano</u> i 2 documenti richiesti "QFM_L1-PI4_rev B" e "QL1-PI9 - TGS_rev", che contengono anche la risposta al quesito 16.</p>
<p>N. 16</p> <p><i>Riguardo ai quadri elettrici di cui sopra, si chiede di specificare il valore della corrente di cortocircuito presunta sui quadri, di segnalare la presenza di eventuali interruttori di riserva disponibili e le loro caratteristiche, specificando se trattasi di sezione ordinaria, privilegiata, continua.</i></p>	<p>N. 16</p> <p>Si veda la risposta di cui al punto precedente n. 15.</p>
<p>N. 17</p> <p><i>Si chiede di confermare che, relativamente alla rete di acqua refrigerata ventilconvettori e rete calda batterie di post-riscaldamento, il punto di derivazione sia all'interno del controsoffitto del corridoio nella zona confinante con la sala TAC e il locale comandi e che siano già presenti le valvole di intercettazione.</i></p>	<p>N. 17</p> <p>Si conferma che la posizione delle tubazioni da cui derivare l'acqua refrigerata è nel controsoffitto del corridoio sud, in basso nelle tavole, NON è predisposta la saracinesca di intercettazione.</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p>N. 18</p> <p><i>Con riferimento al Capitolato tecnico della presente procedura, si sottopongono i seguenti chiarimenti:</i></p> <p><i>Rif. pag.4 - poiché non sono richieste altre componenti hardware e software dedicate alla radioterapia, si chiede di confermare che la richiesta di gating respiratorio sia da considerarsi un refuso;</i></p>	<p>N. 18</p> <p>Si conferma che trattasi di refuso.</p>
<p>N. 19</p> <p><i>Con riferimento al Capitolato tecnico della presente procedura, si sottopongono i seguenti chiarimenti:</i></p> <p><i>rif. pag. 14 “aggiornamento del software in caso di nuove release (e relativa formazione - in caso necessiti il cambio dell’hardware, si intende compreso nel canone di noleggio” - si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.</i></p>	<p>N. 19</p> <p>Si precisa che si devono intendere sia gli aggiornamenti per la sicurezza sia le nuove release (manutenzione evolutiva). Stante la durata del contratto, ciò garantisce di mantenere l’apparecchiatura ai medesimi livelli diagnostici per tutto il periodo.</p>
<p>N. 20</p> <p><i>In riferimento a quanto richiesto all’Art.8 del Capitolato Tecnico e di seguito riportato: “È necessario che la documentazione presentata includa il nominativo del referente a cui è affidata la gestione delle attività di Assistenza Tecnica e la Manutenzione presso questa Azienda, completo delle informazioni necessarie per la sua</i></p>	<p>N. 20</p> <p>Si conferma che nominativo e recapiti <u>dovranno</u> essere segnalati in fase di aggiudicazione e saranno elementi necessari al superamento del collaudo.</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>rintracciabilità (telefono, email, nominativo di un eventuale sostituto per i periodi di ferie e malattia, etc.)”, in ragione del rispetto della privacy si chiede di confermare che nominativi e recapiti possano essere forniti in caso di aggiudicazione e non debbano essere indicati nei documenti da presentare in fase di gara.</i></p>	
<p>N. 21</p> <p><i>La presente per richiedere i seguenti chiarimenti: Nel Capitolato, (all’art. 3 allegato 1 Capitolato di progettazione ed esecuzione lavori) è indicata la consegna di “progetto di massima”, mentre in sede di sopralluogo è stato confermato che il progetto sarà oggetto di valutazione e punteggio; si chiede di chiarire la qualità di progettazione da fornire in gara.</i></p>	<p>N. 21</p> <p>Si riporta il testo del Capitolato, che coincide e non contraddice quanto detto in sopralluogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “In sede di gara dovrà essere presentato adeguato progetto “di massima” dei lavori di allestimento locali e realizzazione impianti necessari all’installazione dell’apparecchiatura, composto da alcune tavole grafiche, relazioni, elenco e descrizione delle lavorazioni ed installazioni, senza prezzi, distinto per categoria di opera, ed ogni documento che il concorrente ritenga utile ad illustrare, alla stazione appaltante, la completezza ed il dettaglio della proposta presentata”; - il termine "di massima" è stato volutamente inserito tra "... " proprio per lasciare la qualità e tipologia di documentazione da presentare a scelta della ditta concorrente, per cui i progetti meglio eseguiti e dettagliati saranno ovviamente meglio valutati, come specificato nel Disciplinare di gara che prevede 7 punti di qualità per il progetto stesso.
<p>N. 22</p> <p><i>Si chiede di confermare quanto comunicato verbalmente durante il sopralluogo effettuato in data 4/6 s riguardo alla preferenza nel NON fornire un quadro elettrico dedicato alla TAC (loc. 1-RD 044). Nel merito si evidenzia che: - il</i></p>	<p>N. 22</p> <p>Si tratta probabilmente di un fraintendimento: si riconferma che, come indicato nel Capitolato, va fornito separato e specifico quadro dedicato alla TAC e gli altri quadri elencati, con linea derivata dal locale tecnico, secondo quanto descritto e</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>quadro già presente (TAC2 RD 048 PIASTRA LIV.1), in quanto alimentante già la TAC esistente, non ha potenza disponibile sufficiente, quindi l'alimentazione andrebbe comunque derivata dal locale quadri, con necessità di posizionare almeno un quadro con sezionatore e circuiteria necessaria per l'arresto in emergenza e le segnalazioni fuoriporta; - il quadro esistente alimenta le prese consolle anche per la sala TAC2 (foglio 9 pos.4 documento 05 E08898 QE TAC 2 RD 048), si chiede se e quali prese alimentate da trasformatore d'isolamento siano a disposizione per la sala TAC2.</i></p>	<p>specificato nel paragrafo "Lavorazioni richieste", pagg. 11 e seg. del Capitolato di progettazione ed esecuzione lavori.</p>
<p>N. 23</p> <p><i>Con riferimento al patto d'integrità menzionato all'art. 36 del disciplinare di gara e agli obblighi che l'Operatore economico concorrente deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:</i></p> <p><i>- A) che l'ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l'operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l'O.E./aggiudicatario, ovvero procuratori rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d, e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del D. Lgs 50/2016 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d, e) f), g) del D. Lgs n. 50/2016.</i></p> <p><i>-B) che l'ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Spett.le Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/01. A tal riguardo</i></p>	<p>N. 23</p> <p>Quanto al quesito sub A) si conferma che l'ambito applicativo riguarda i soggetti dell'operatore da voi indicati.</p> <p>Quanto al quesito sub B) si conferma che l'ambito applicativo del patto di integrità lato stazione appaltante riguarda il personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto.</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>si chiede di fornire i nominativi di codesti soggetti, anche con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, al fine di poter rendere la dichiarazione nei confronti di soggetti determinati.</i></p>	<p>Come già indicato nel Disciplinare di gare il RUP della procedura è il dott. Enrico Gamba e il DEC è l'ing. Maddalena Branchi.</p>
<p>N. 24</p> <p><i>Con riferimento al Codice Etico di Codesto Spett.le Ente menzionato all'art. 34 del disciplinare di gara, considerato che l'Operatore economico ha assunto l'impegno all'osservanza del proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001" ed ai principi contenuti nel proprio Codice Etico consultabile sul sito della scrivente, si chiede se sia possibile prevedere che le Parti si impegnino al rigoroso rispetto del D.Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni attenendosi alle norme contenute nel proprio Codice Etico e del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in quanto anche i predetti documenti adottati dall'operatore economico concorrente recano idonee misure di prevenzione della corruzione elaborate ai sensi della l. 190/2012.</i></p>	<p>N. 24</p> <p>La previsione che l'operatore economico possieda un proprio codice etico e un modello ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 lascia invariato l'obbligo per lo stesso di rispettare le norme del codice etico di questa ASST.</p>
<p>N. 25</p> <p><i>Con la presente desideriamo segnalare che nella documentazione di gara le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente quantificate né qualificate come prestazioni secondarie che possono essere assunte da una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell'art. dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare che è ammessa:</i></p> <p><i>(i) confermare che sia ammessa la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti</i></p>	<p>N. 25</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Si conferma che è ammessa l'ATI verticale; ii) Si conferma che la mandante del raggruppamento potrà eseguire i lavori di installazione previsti in gara; iii) Si conferma che la prestazione principale dell'appalto è la fornitura della TAC, mentre l'esecuzione dei lavori sui locali costituisce prestazione secondaria; come

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p>dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. con una o più imprese;</p> <p>(ii) confermare che sia ammessa la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell'oggetto della gara;</p> <p>(iii) confermare che l'esecuzione delle forniture sia la prestazione principale e l'esecuzione dei lavori la prestazione secondaria, così come richiesto dal citato comma 2 dell'art. 48;</p> <p>(iv) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere comprese nell'oggetto dell'appalto, le relative categorie SOA nonché l'indicazione dell'attività prevalente e di quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all'art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008.</p>	<p>indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara l'oggetto dell'appalto riguarda la fornitura in noleggio di una TAC;</p> <p>iv) Le categorie d'opera e i requisiti potranno essere definiti solo a seguito della progettazione esecutiva. Ad oggi si conoscono le macro lavorazioni così come riportato nell'Allegato 1 al Capitolato Speciale d'appalto - CAPITOLATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI".</p> <p>Si precisa che, in caso si subappalto la stazione appaltante si riserva di concedere la relativa autorizzazione solo all'esito della verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti e delle qualificazioni richiesti dalla legge per l'espletamento della attività.</p>
<p>N. 26</p> <p>Con riferimento alla previsione di cui all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto, ove viene chiesta la progettazione esecutiva comprensivo del CSP si chiede se, nell'ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale o in avvalimento con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione necessari all'installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI.</p> <p>Tanto si richiede in forza dell'art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14</p>	<p>N. 26</p> <p>L'indicazione del nominativo del progettista non è necessaria per la gara, ma se ritenuto dall'operatore economico potrà essere indicato.</p> <p>Si conferma che il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI.</p> <p>I requisiti che deve possedere il progettista sono definiti dalle leggi vigenti, in base a tipologia ed importi di quanto in progetto.</p> <p>È facoltà dell'operatore economico adottare la forma di partecipazione che meglio ritiene opportuna. Si precisa che i requisiti del professionista incaricato della progettazione e del coordinamento della sicurezza sono quelli previsti dalla vigente normativa. Nel caso siano indicati</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto <<sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta>></i></p> <p><i>Si chiede di indicare, per la progettazione, i requisiti che il progettista deve possedere ai sensi del DPR 207/2010;</i></p> <p><i>Si chiede di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all'esecuzione del progetto definitivo, esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti.</i></p>	<p>più professionisti si conferma che non devono partecipare come RTI tra progettisti.</p>
<p>N. 27</p> <p><i>Con riferimento alla previsione di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, ove è previsto che sono comprese nell'oggetto dell'appalto altresì l'attività di direzione dei lavori, nonché le attività attinenti la sicurezza, CSP e CSE, in considerazione delle previsioni in materia di individuazione e nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza di cui all'Art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'Art. 1.1 delle Linee Guida del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché delle previsioni di cui al comma 3 del predetto articolo 101 del codice riguardanti le funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, con la presente si chiede di confermare che il Direttore dei Lavori, il CSE e gli eventuali assistenti saranno individuati e nominati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento anziché dell'impresa aggiudicataria.</i></p>	<p>N. 27</p> <p>La risposta al quesito è NO. Si vedano anche le risposte ai precedenti punti 25 e 26; i professionisti saranno scelti e nominati dall'aggiudicatario, che può anche possedere una propria struttura tecnica interna o di riferimento. La Stazione Appaltante nominerà il DEC di esecuzione per la parte lavori.</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p>N. 28</p> <p><i>Con riferimento al documento di giustificazione di offerta di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 richiesto all'Art. 17 del Disciplinare di gara e alla luce della previsione dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo la quale il termine non inferiore a quindici di giorni ivi previsto non può che decorrere dall'accertamento dell'anomalia dell'offerta a seguito dell'apertura delle offerte economiche, con la presente si chiede, al fine di evitare l'ulteriore onere della formulazione in sede di offerta delle spiegazioni relative all'offerta di un appalto complesso e articolato come quello in oggetto e fermo restando l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art.97 del predetto Decreto in caso di anomalia della propria offerta, di confermare la possibilità di produrre le suddette giustificazioni solo a seguito dell'apertura delle offerte economiche in caso di riscontrata anomalia dell'offerta.</i></p>	<p>N. 28</p> <p>All'art. 17 del Disciplinare la richiesta di produrre eventuale documentazione a giustificazione dell'offerta è stata chiesta ai fini di speditezza della procedura. Se non fosse prodotta in sede di offerta, si procederà a richiederla in caso di riscontrata anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p>N. 29</p> <p><i>Con riferimento al modello di offerta economica All.3_D e a quanto previsto all'art. 3 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il contratto di noleggio della durata di 96 mesi sia riferito alla sola apparecchiatura e alla relativa manutenzione full-risk ad esclusione dei lavori di predisposizione dei locali ed impianti di cui all'art. 3 del disciplinare di gara e Allegato 1 "Capitolato di progettazione ed esecuzione lavori". Ciò si chiede anche alla luce della richiesta di cui al modello offerta economica All. 3_D di specificare l'incidenza percentuale degli oneri finanziari applicati al solo valore commerciale della TAC, nonché per il fatto che l'applicazione del noleggio non appare appropriata nel caso delle lavorazioni</i></p>	<p>N. 29</p> <p>Si precisa che l'importo a base d'asta riguarda "la fornitura in noleggio "chiavi in mano" di una TAC ad elevata risoluzione spaziale, da destinarsi alla UOC Radiologia Diagnostica per Immagini 1, includere tutte le opere necessarie su locali ed impianti", come specificato all'art. 3 del Disciplinare.</p> <p>Il canone di noleggio remunererà <u>tutti</u> i costi e gli oneri per la esecuzione dell'appalto così come descritto nei documenti di gara.</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p><i>permanenti, per le quali sono infatti normalmente previsti pagamenti a SAL o in unica soluzione ad avvenuto collaudo.</i></p>	
<p>N. 30</p> <p><i>Si chiede di fornire la documentazione di gara in formato editabile.</i></p>	<p>N. 30</p> <p>Si è già fornita in gara in formato editabile tutta la documentazione che l'operatore economico è tenuto a compilare.</p>
<p>N. 31</p> <p><i>Con riferimento al Capitolato Tecnico, e alle specifiche "Sistema informatico di Elaborazione" si fa presente che la descrizione dell'infrastruttura server richiesta preclude di fatto la possibilità da parte dei concorrenti di formulare la miglior offerta dal punto di vista tecnico ed economico.</i></p> <p><i>Infatti se il sistema informatico di post-elaborazione delle immagini può essere una soluzione fisica, la scelta dell'hardware coinvolto è strettamente legato alle scelte progettuali e di sviluppo del prodotto effettuate dal fornitore.</i></p> <p><i>Se il sistema informatico di post-elaborazione delle immagini deve essere una soluzione virtualizzata, di norma la fornitura e la gestione dell'hypervisor e dell'hardware coinvolto sono in carico alla stazione appaltante.</i></p> <p><i>Qualora fosse necessario fornire anche la componente hardware, si richiede la possibilità di offrire una soluzione server-client con una componentistica non necessariamente identica a quella indicata nel capitolato ma con performance analoghe; il server sarebbe già dotato di interfaccia fibra ottica a 10 Gb.</i></p>	<p>N. 31</p> <p>La componente hardware dovrà avere necessariamente le caratteristiche descritte nel capitolato per ragioni di compliance con l'infrastruttura aziendale e con le policy di sicurezza della ASST.</p>

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

<p>N. 32</p> <p><i>Con riferimento al Capitolato tecnico e al paragrafo “Disposizioni in tema di sicurezza informatica”, si fa presente che, mentre il sistema informatico di post-elaborazione delle immagini può soddisfare le 3 richieste (join domain, virus scanner installation, local WSUS support), per la consolle di comando della modalità, non è supportato la messa in dominio, né l’installazione dell’antivirus aziendale e nemmeno la comunicazione con il WSUS aziendale.</i></p> <p><i>La consolle è cmq dotata di un sistema di whitelisting (Microsoft Device Guard) integrato nel sistema operativo, la distribuzione ed installazione delle patch di sicurezza è gestita in totale autonomia da parte del fornitore tramite assistenza remota.</i></p> <p><i>Si chiede pertanto di confermare la possibilità per ciascun concorrente di offrire un sistema che risponda comunque ai criteri di sicurezza informatica sebbene con modalità differente rispetto a quelle richieste in capitolato.</i></p>	<p>N. 32</p> <p>Si conferma la necessità che il sistema sia conforme in ogni suo componente ai requisiti di sicurezza informatica come descritti nel capitolato ivi compresa la consolle di comando.</p>
<p>N. 33</p> <p><i>Si chiede di poter fornire il “protocollo tecnico di accettazione del sistema”, come richiesto, in lingua Inglese.</i></p>	<p>N. 33</p> <p>Il documento può essere prodotto in lingua inglese.</p>

Tabella 1: richiamata nella risposta sub a) al quesito n.2

Q.tà	Codice Fornitore	Descrizione
1	UCSB-B200-M5-U	UCS B200 M5 Blade w/o CPU, mem, HDD, mezz (UPG)
1	UCSB-MLOM-40G-03	Cisco UCS VIC 1340 modular LOM for blade servers
1	UCS-SID-INFR-UNK	Unknown

**Politiche e gestione degli acquisti**

Direttore Enrico Gamba

1	UCS-SID-WKL-UNK	Unknown
2	UCSB-LSTOR-BK	FlexStorage blanking panels w/o controller, w/o drive bays
1	UCSB-HS-M5-F	CPU Heat Sink for UCS B-Series M5 CPU socket (Front)
16	UCS-DIMM-BLK	UCS DIMM Blanks
1	UCSB-HS-M5-R	CPU Heat Sink for UCS B-Series M5 CPU socket (Rear)
1	N20-FW016	UCS 5108 Blade Chassis FW Package 4.0
8	UCS-ML-X64G4RS-H	64GB DDR4-2666-MHz LRDIMM/PC4-21300/quad rank/x4/1.2v
2	UCS-CPU-6152	2.1 GHz 6152/140W 22C/30.25MB Cache/DDR4 2666MHz

Tabella 2: richiamata nella risposta sub c) al quesito n.2

Codici Apparati	Descrizione Apparati Extreme Networks	N°	#
5420F-48P-4XE	ExtremeSwitching 5420F 48 10/100/1000BASE-T FDX/HDX PoE+ 2 stacking/SFP-DD 4 10G unpopulated SFP+ MACsec capable internal fixed PSU fans 1 unpopulated modular PSU slots. Includes 1 year XIQ Pilot cloud subscription.	N°	3
10094	Power Cord 10A EUROPE CEE7 IEC320-C15	N°	3
10304	10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly 1m length.	N°	3
10305	10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly 3m length.	N°	6
10051H	1000BASE-SX SFP MMF 220 550 meters LC connector Industrial Temp	N°	6
10301	10 Gigabit Ethernet SFP+ module 850nm MMF 26-300m link LC connector	N°	6



Politiche e gestione degli acquisti

Direttore Enrico Gamba

Si rammenta che sul plico, in busta chiusa, contenente il CD, richiesto tra la documentazione tecnica di gara, da recapitare presso l'Ufficio Protocollo di questa ASST (vedasi art. 13 del Disciplinare di gara), dovrà essere indicato l'oggetto della gara "Procedura concorsuale "aperta" per l'affidamento della fornitura in noleggio "chiavi in mano" di una Tac ad elevata risoluzione spaziale, da destinare all'UOC Radiologia Diagnostica per Immagini 1. Durata 96 mesi. Lotto unico" - NON APRIRE.

Richiamato l'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si conferma il termine di scadenza per la presentazione delle offerte: **mercoledì 07.07.2021, ore 13.00.**

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Allegati: Tavole indicate nelle risposte ai quesiti nn. 12, 13, 14 e 15.

16

DIPARTIMENTO PATRIMONIO TECNOLOGIE E SERVIZI – UOC Politiche e Gestione degli Acquisti
Il Responsabile del procedimento – dr. Enrico Gamba (tel. 035/267.4085 - @mail: acquisti.segreteria@asst-pg23.it)
Pratica trattata da: Dr.ssa Daniela Algeri (tel. 035/267.4170 – @mail: dalgeri@asst-pg23.it)