

PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE**

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER L’ACQUISIZIONE DI N.1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII		
Produttore		
Modello		
Fornitore		
Anno inizio produzione		

N	Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione	Sezione da compilare a cura del concorrente	Max punteggio attribuibile
			<i>D</i>
1	<p>Valutazione dell’ergonomia dello strumento (ingombro in sala operatoria, manovrabilità, praticità di utilizzo etc.) e dello strumentario fornito.</p> <p>Nella valutazione si terranno in considerazione i parametri risultanti dalla prova in uso dello strumento e quanto indicato nelle schede tecniche dello strumentario.</p>		<i>35</i>
2	<p>Unità esterna per il planning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione della soluzione proposta (architettura); - caratteristiche tecniche; - dotazione software. 		<i>18</i>
	<p>Migliorie offerte rispetto ai requisiti minimi indicati per il software.</p>		<i>2</i>

PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE**

N	Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione	Sezione da compilare a cura del concorrente	Max punteggio attribuibile
			<i>D</i>
3	Software dedicato al trattamento del morbo di Parkinson tramite DBS (<i>Deep Brain Stimulation</i>) Valutazione della soluzione proposta.		<i>15</i>
	MIGLIORIE		
4	Interfacce INCLUSE in offerta (per ognuna si chiede di specificare il livello di integrazione proposta, anche in riferimento alla evoluzione del software). - con i portatili per radioscopia intraoperatoria (O ARM 1000) Valutazione soluzione proposta.		<i>5</i>
	- intensificatori di brillantezza (marca Zhiem modelli Vision RFD 3030 e Vision RFD 2020) Valutazione soluzione proposta.		<i>5</i>
	- con microscopio operatorio in uso presso SC Neurochirurgia (Pentero Zeiss). Valutazione soluzione proposta.		<i>5</i>

PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE DA DESTINARE ALLA SC NEUROCHIRURGIA – BLOCCO OPERATORIO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO.

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE**

N	Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione	Sezione da compilare a cura del concorrente	Max punteggio attribuibile
			<i>D</i>
5	Software aggiuntivi non richiesti in capitolato ma INCLUSI in offerta (elencare e descrivere)		<i>3</i>
6	Elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi indicati per la parte Hardware		<i>2</i>

Alla documentazione tecnica ed al presente questionario (che dovrà essere restituito anche in formato word editabile), dovrà essere allegata l’offerta economica senza prezzi.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell’attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all’attribuzione del punteggio.

_____, li _____

FIRMA

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)
