

PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO “CHIAVI IN MANO” DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL’ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE**

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO “CHIAVI IN MANO” DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL’ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO		
Produttore		
Modello		
Fornitore		
Anno inizio produzione		

N	Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione	Da compilare da parte dell’operatore economico indicando il riferimento alla documentazione tecnica prodotta	Max punteggio attribuibile T
	Etichettatrici automatiche di provette		
1	Capacità di almeno 120 provette alloggiare in magazzino a bordo strumento, con possibilità di carico in continuo del magazzino stesso durante l’attività di prelievo		≥ 120 provette: 10 punti <120 provette: 0 punti
2	Possibilità di gestire provette di varie dimensioni e lunghezza in contemporanea		Sì: 10 punti No: 0 punti
3	Tracciabilità completa delle provette		Sì: 10 punti No: 0 punti
4	Per l’etichettatore da terra: agitatore automatico integrato		Sì: 5 punti No: 0 punti
	Sistema di trasporto continuo delle provette		

PROCEDURA “APERTA” – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO “CHIAVI IN MANO” DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELL’ETICHETTATURA DELLE PROVETTE PER PRELIEVO EMATICO E DEL LORO TRASPORTO AL LABORATORIO ANALISI. DURATA 84 MESI. LOTTO UNICO.

ALLEGATO 2_D

**QUESTIONARIO TECNICO
PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE**

N	Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione	Da compilare da parte dell’operatore economico indicando il riferimento alla documentazione tecnica prodotta	Max punteggio attribuibile T
	verso il laboratorio analisi		
5	Sistema di trasporto rapido per singola provetta, ad aria compressa		Sì: 20 punti No: 0 punti
6	Trasferimento rapido delle provette tal quali, senza utilizzo di contenitori secondari, in modo immediato e continuo		Sì : 10 punti No : 0 punti
7	Caricamento a tramoggia delle provette, sia per il Centro Prelievi che per il PS		Sì : 5 punti No : 0 punti

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell’attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all’attribuzione del punteggio.

_____, li _____

FIRMA

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)
